

Bundesanstalt für Materialprüfung
(BAM)

Berlin-Dahlem, Unter den Eichen 87

ausverkauft / out of stock

PR Ü F S C H E I N

Analysenkontrollprobe Nr. 206

Al Mg 7

Silizium	0,22	%
Mangan	0,148	%
Eisen	0,363	%
Kupfer	0,023	%
Titan	0,013	%
Zink	0,06	%
Magnesium	7,17	%
Zinn	(0,0010)	%
Aluminium	(Rest)	

() - Richtwerte

Berlin-Dahlem, den

19

(BAM - 4094)

Abteilungsleiter