

Bundesanstalt für Materialprüfung
(BAM)

Berlin-Dahlem, Unter den Eichen 87

ausverkauft / out of stock

PR Ü F S C H E I N

Analysenkontrollprobe Nr. 208

Mg Al 6

Silizium	0,108	%
Mangan	0,088	%
Eisen	0,019	%
Kupfer	0,131	%
Titan	<0,001	%
Zink	0,84	%
Aluminium	6,12	%
Zinn	(0,0033)	%
Magnesium	(Rest)	

() - Richtwerte

Berlin-Dahlem, den

19

Abteilungsleiter