Bundesanstalt für Materialprüfung
(BAM)

Berlin-Dahlem, Unter den Eichen 87

ausverkauft / out of stock

PRÜFSCHEIN

Analysenkontrollprobe Nr. 305
Al Cu Mg

Silizium	0,33	%
Mangan	0,472	%
Eisen	0,442	%
Kupfer	3,95	%
Titan	0,0099	%
Zink	0,163	%
Magnesium	0,795	%
Blei	0,030	%
Nickel	0,013	%
Zinn	(0,0079)	%
Aluminium	(Rest)	

( ) - Richtwerte

Berlin-Dahlem, den 19

Abteilungsleiter

(BAM - 4094)